

Số: /Th-BV
V/v: Mời chào giá TTBYT, sửa chữa, bảo trì, vật tư, linh kiện thay thế và dịch vụ.

Nghệ An, ngày 18 tháng 04 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp trang thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật

Trước hết Bệnh viện HNĐK Nghệ An xin trân trọng cảm ơn các đơn vị kinh doanh, cung cấp trang thiết bị y tế đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An đang có nhu cầu mua sắm các vật tư, linh kiện và phụ kiện thay thế cho các thiết bị y tế hiện có và một số dịch vụ kỹ thuật khác. Chi tiết như các Phụ lục đính kèm.

Để có cơ sở lập kế hoạch mua sắm, Bệnh viện HNĐK Nghệ An kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp các thiết bị, sửa chữa, bảo trì, vật tư, linh kiện, phụ kiện thay thế theo danh mục trên gửi hồ sơ báo giá.

Yêu cầu hồ sơ báo giá đối với các danh mục thuộc về mua sắm, sửa chữa trang thiết bị y tế bao gồm:

- Đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện để kinh doanh trang thiết bị y tế theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021.
- Báo giá: có đầy đủ chi tiết các thông tin Hãng sản xuất, nước sản xuất, năm sản xuất, hiệu lực báo giá. Giá yêu cầu phải có đầy đủ các chi phí liên quan.
- Catalog, cấu hình, tính năng kỹ thuật (đối với thiết bị y tế).

Đối với các danh mục không thuộc phạm vi trang thiết bị y tế, yêu cầu cung cấp các giấy phép liên quan khác theo quy định của Nhà nước.

Hồ sơ báo giá xin gửi về: Phòng VT-TBYT- Bệnh viện HNĐK Nghệ An- Địa chỉ: Km5, đại lộ Lê-nin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Thời gian trước ngày 28/04/2022.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trịnh Xuân Nam

PHỤ LỤC I

Nội dung về yêu cầu về cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản:

Cần xây dựng yêu cầu cho từng thiết bị, vật tư, linh kiện, phụ kiện. Gồm 4 phần:

A. Yêu cầu chung:

Yêu cầu mới 100%, tiêu chuẩn thiết bị, vật tư, linh kiện, phụ kiện thay thế, tiêu chuẩn nhà sản xuất, yêu cầu môi trường hoạt động của vật tư linh phụ kiện, nguồn điện sử dụng...

B. Yêu cầu cấu hình:

Ghi rõ mã hàng của từng thiết bị, vật tư, linh kiện, phụ kiện thay thế.

C. Yêu cầu kỹ thuật:

Ghi rõ các thông số kỹ thuật của từng thiết bị, vật tư, linh phụ kiện thay thế để đảm bảo dùng tương thích với thiết bị.

D. Yêu cầu khác:

Nêu các yêu cầu về điều kiện thương mại, bảo hành, bảo trì, cung cấp, lắp đặt, kiểm định, tài liệu đào tạo....

PHỤ LỤC II

Các thông tin cơ bản trong bản chào giá:

STT	Tên thiết bị/vật tư, linh kiện, phụ kiện thay thế/ dịch vụ kỹ thuật	Model/Hãng sx/ Nước sx/Năm sx	Đơn vị tính	SL	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1							
2							
3							
Tổng cộng							

*** Ghi chú:**

- Giá phải bao gồm VAT và các chi phí liên quan khác
- Cột (8): Gửi kèm tài liệu chứng minh
- Báo giá có hiệu lực tối thiểu 3 tháng.

PHỤ LỤC III.

DANH MỤC MUA SẴM CÁC THIẾT BỊ, VẬT TƯ, LINH KIỆN, PHỤ KIỆN THAY THẾ VÀ DỊCH VỤ

I. SỬA CHỮA MÁY SẤY HÃNG UNIMAC, MODEL: UT075

TT	Tên thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật	SL	ĐVT	Ghi chú
1	Vòng bi trục lồng	Tương thích với máy sấy UT075	01	Bộ	Mới 100%
2	Dịch vụ sửa chữa trục lồng bị mòn	- Sửa chữa trục lồng bị mòn - Lắp đặt, thay thế vòng bi mới - Cân chỉnh vị trí trục lồng, bi mới thay thế	01	Lần	

II. BẢN CỤC SỐC NGOÀI DÙNG CHO MÁY PHÁ RUNG TIM

TT	Tên thiết bị	Mô tả hàng hóa	SL	ĐVT	Ghi chú
1	Bản cục sốc ngoài dùng cho máy phá rung tim TEC-5531K	Mã: ND-552VK Hãng sản xuất: Nihon Kohden, Nhật Bản	01	Bộ	Mới 100%

III. BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG RO

TT	Tên thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật	SL	ĐVT	Ghi chú
1	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống RO	- Thay thế vật liệu lọc của 03 cột lọc sơ cấp (lọc thô, than hoạt tính, Cation) - Thay thế 01 lõi lọc RO - Bảo dưỡng hệ thống bơm, van, tủ điện	01	Lần	- Khảo sát hệ thống RO tại khoa KSNK của bệnh viện - Chi phí bao gồm khảo sát, vận chuyển, lắp đặt

IV. SỬA CHỮA MÁY THỞ BENNET840

TT	Tên thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật	SL	ĐVT	Ghi chú
1	Sửa chữa máy thở Bennet 840 Puritant Bennett 840/ Covidien	- Sửa chữa hoặc thay thế board BD CU - Cài đặt lại phần mềm - Kiểm tra, hiệu chỉnh các thông số	01	Lần	

V. BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG RO PHỤ VỤ BỆNH NHÂN COVID

TT	Tên thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật	SL	ĐVT	Ghi chú
1	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống RO 125 Lít/h	Bảo trì, bảo dưỡng, xúc rửa hệ thống RO	01	Lần	- Khảo sát hệ thống RO tại trung tâm bệnh nhiệt đới

2	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống RO 500 Lít/h	Bảo trì, bảo dưỡng, xúc rửa hệ thống RO	01	Lần	- Khảo sát hệ thống RO tại trung tâm bệnh nhiệt đới

VI. SỬA CHỮA MÁY HẤP TIẾT TRÙNG NHIỆT ĐỘ THẤP

TT	Tên thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật	SL	ĐVT	Ghi chú
1	Sửa chữa máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp hãng RENO	- Sửa chữa máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp - Bảo trì, bảo dưỡng máy	01	Lần	- Kiểm tra, khảo sát máy tại khoa KSNK

VII. Sửa chữa Hệ thống thiết bị chiết tách, ép tế bào máu, hàn dây túi máu

TT	Tên thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật	SL	ĐVT	Ghi chú
1	Hệ thống thiết bị chiết tách, ép tế bào máu, hàn dây túi máu Spectra Optia/ Terumo	Máy báo lỗi cảm biến khi gắn bộ kit không hoạt động được, cần khắc phục.	01	Lần	- Kiểm tra, khảo sát máy tại khoa HHLS

VIII. Phin lọc HEPA H13

TT	Tên thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật	SL	ĐVT	Ghi chú
1	Phin lọc HEPA H13	Kích thước 915x305x150mm	4	Cái	Lõi lọc dày tối thiểu 75mm

IX. Linh kiện sửa chữa nguồn sáng hệ thống nội soi Fujifilm - Model: XL-4450, SN: 3S094K410

TT	Tên thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật	SL	ĐVT	Ghi chú
1	Bo mạch điều khiển ánh sáng	Cấp nguồn cho bộ nguồn sáng và bóng đèn Xenon	1	Cái	Tương thích hoàn toàn với nguồn sáng Fujifilm XL-4450

X. Giá đỡ tư thế bàn mổ

TT	Tên thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật	SL	ĐVT	Ghi chú
1	Giá đỡ gối với khoá cố định	Tư thế sản khoa	3	Bộ	Mỗi bộ 2 chiếc
	Bộ phận đỡ thân 2 bên với khoá cố định	Tư thế tiết niệu	4	Bộ	Mỗi bộ 2 chiếc
	Khoá cố định cho các tư thế bàn mổ		7	Cái	

XI. Sửa chữa, thay thế linh kiện cho máy tán sỏi laser Dornier - H30 Solvo (Model : K2013000 , Serial : H30-1099)

TT	Tên thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật	SL	ĐVT	Ghi chú
----	--------------	------------------	----	-----	---------

1	Sửa chữa, thay thế linh kiện cho máy tán sỏi laser Dornier - H30 Solvo (Model : K2013000 , Serial : H30-1099)	HSX: Dornier Model: H30 Solvo	1	Cái	1. Khảo sát thực tế tình trạng lỗi của máy. 2. Hiệu chuẩn lại công suất đầu ra của thiết bị sau khi sửa chữa. 3. Kiểm tra an toàn điện sau khi sửa chữa.
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	---	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XII. Máy thở VELA

TT	Tên thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật	SL	ĐVT	Ghi chú
1	Bộ cảm biến lưu lượng dòng khí cho máy thở		3	Bộ	Tương thích với máy thở VELA

XIII. Bảo dưỡng máy Gây mê kèm thở

TT	Tên thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật	SL	ĐVT	Ghi chú
1	Bảo dưỡng máy Gây mê kèm thở	Hãng SX: Drager Model: Fabius Plus	17	Cái	1. Khảo sát thực tế tình trạng máy. 2. Có quy trình bảo dưỡng, hiệu chuẩn và vật tư kèm theo (nếu Có)

XIV. Sửa chữa, thay thế linh kiện dao mổ Plasma Medtronic -AEX, Model: 40-405-1

TT	Tên thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật	SL	ĐVT	Ghi chú
1	Sửa chữa, thay thế linh kiện dao mổ Plasma	Hãng SX: Medtronic Model: 40-405-1	1	Cái	1. Khảo sát thực tế tình trạng lỗi của máy. 2. Hiệu chuẩn lại công suất đầu ra của thiết bị sau khi sửa chữa. 3. Kiểm tra an toàn điện sau khi sửa chữa.

XV. Bóng đèn Xenon

TT	Tên thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật	SL	ĐVT	Ghi chú
1	Bóng đèn Xenon	300W 500 giờ sử dụng	5	Cái	Tương thích hoàn toàn với nguồn sáng Fujifilm XL-4450

XVI. Hút hầm vệ sinh (bể phốt):

- Khảo sát trực tiếp và báo đơn giá phù hợp với hiện trạng bệnh viện