

Số: 1706Th-BV

Nghệ An, ngày 21 tháng 07 năm 2023

V/v: Mời báo giá thẩm định giá linh kiện,
phụ kiện thay thế cho thiết bị y tế.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thẩm định giá các linh kiện, phụ kiện thay thế cho thiết bị y tế tại bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Địa chỉ: Km5, đại lộ Lenin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Nguyễn Việt Quang

- Chức vụ: Phó trưởng phòng Vật tư – Thiết bị y tế

- Số điện thoại: 0904 625 637

- Địa chỉ email: nguyenvietquang107@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Km5, đại lộ Lenin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An.

- Các đơn vị gửi kèm bản mềm (Word/Excell) vào email: bmed.nafgh@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 22 tháng 07 năm 2023 đến trước 8h00 01 tháng 08 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2023.



II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Thẩm định giá	- Giá thay thế 01 bóng phát tia X- Quang - Giá mua sắm 01 dây nội soi dạ dày Cụ thể chi tiết xem phụ lục kèm theo	01	Bộ	Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An	- Đơn vị thẩm định giá phải cung cấp 04 bộ chứng thư kèm báo cáo thẩm định giá trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trịnh Xuân Nam

PHỤ LỤC. DANH MỤC MUA SẴM CÁC LINH KIỆN, PHỤ KIỆN THAY THẾ

1. BÓNG PHÁT TIA X-QUANG

I Yêu cầu chung

Bóng phát tia X-quang dùng cho máy chụp cắt lớp vi tính

Ký mã hiệu GS-4570

Hãng sản xuất/ Nước sản xuất Varex Imaging Corporation / Mỹ

Chất lượng: mới 100%, đảm bảo các thông số kỹ thuật theo quy định của nhà sản xuất

Năm sản xuất: 2022 trở về sau

Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.

Nguồn cung cấp: Sử dụng nguồn điện 3 pha 380V/400V; 50/60Hz chung cho cả hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính 32 lát cắt SUPRIA, hãng sản xuất: Hitachi (nay là Fujifilm – Nhật Bản)

Môi trường làm việc: Nhiệt độ đến 40⁰C; Độ ẩm đến 90% (không ngưng tụ)

II Thông số kỹ thuật

Tương thích hoàn toàn với hệ thống chụp cắt lớp vi tính Supria – Hitachi 32 dãy/32 lát cắt (Có xác nhận của hãng sản xuất Varex kèm theo)

Công suất bóng: 48kW

Điện áp cao áp: 140kV

Dòng điện 400mA

Trữ nhiệt của bóng: 5MHU

Số tiêu điểm bóng 2

+ Kích thước tiêu điểm lớn 1.2x1.4mm

+ Kích thước tiêu điểm nhỏ 0.7x0.8mm

III Yêu cầu khác

Có giấy xác nhận bán hàng hợp pháp do đại diện của hãng sản xuất tại Việt Nam cấp

Đảm bảo có đội ngũ kỹ thuật có đủ trình độ (có chứng chỉ đào tạo của hãng sản xuất) có mặt trong vòng 48 giờ để kiểm tra, khắc phục sự cố khi nhận được yêu cầu.

Cam kết cung cấp CO, CQ bản gốc hoặc bản công chứng nhà nước được dịch ra tiếng Việt khi giao hàng

Thời gian giao hàng: Không quá 90 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

Bảo hành: 12 tháng hoặc 100.000 vòng quay có phát tia kể từ ngày bàn giao, tùy theo điều kiện nào đến trước.

Giao hàng, lắp đặt, vận chuyển và hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện.

2. DÂY NỘI SOI DẠ DÀY

I. Yêu cầu chung:

- Chất lượng thiết bị: Mới 100%
- Năm sản xuất: 2022 - 2023 trở về sau;
- Thiết bị đạt tiêu chuẩn quốc tế: ISO 13485, CFS
- Điều kiện hoạt động:
 - + Độ ẩm: 30-85%
 - + Nhiệt độ: 10-40⁰C

II. Cấu hình:

Dây nội soi dạ dày video: 01 cái

- Model: EG-530WR
- Hãng sản xuất: Fujifilm
- Nước sản xuất: Nhật Bản
- Năm sản xuất: 2022 - 2023 trở về sau; Mới 100%
- Tương thích hoàn toàn với hệ thống nội soi Fujifilm (Bộ xử lý VP-3500HD và nguồn sáng XL-4450)

Phụ kiện kèm theo tối thiểu gồm:

- Va li đựng dây soi	Chiếc	01
- Chổi rửa ngắn	Chiếc	01
- Chổi rửa dài	Chiếc	01
- Van sinh thiết	Chiếc	01
- Kìm sinh thiết	Chiếc	01
- Dụng cụ thông khí	Chiếc	01
- Bộ rửa kênh	Chiếc	01
- Sách hướng dẫn sử dụng.	Chiếc	01

III. Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- Hướng quan sát nhìn thẳng: 0°
- Phạm vi quan sát: 4 – 100 mm
- Trường nhìn: 140°
- Đường kính đầu dây soi: 9.4mm
- Đường kính thân dây soi: 9.3mm
- Khả năng uốn cong:
 - Lên 210°/ xuống 90°/Phải 100°/ trái 100°
- Chiều dài làm việc: 1,100mm
- Chiều dài toàn bộ: 1,400mm
- Đường kính kênh sinh thiết: 2.8mm.

IV. Yêu cầu khác:

- Cam kết cung cấp CO, CQ, vận đơn, packing list, tờ khai hải quan... (bản sao công chứng/ sao y công ty) kèm theo khi bàn giao thiết bị.
- Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn bảo quản và bảo trì cho nhân viên kỹ thuật.
- Cung cấp dịch vụ bảo trì trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của người sử dụng và/ hoặc bên mua.
- Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí, vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện.
- Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ sau khi nghiệm thu.
- Thời gian giao hàng trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.