

Số: 1413/Th-BV

Nghệ An, ngày 26 tháng 06 năm 2023

V/v: Mời chào giá linh kiện, phụ kiện thay thế cho thiết bị y tế.

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp trang thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật

Trước hết, Bệnh viện HNĐK Nghệ An xin trân trọng cảm ơn các đơn vị kinh doanh, cung cấp trang thiết bị y tế đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An đang có nhu cầu mua sắm các linh kiện và phụ kiện thay thế cho các thiết bị y tế hiện có. Chi tiết như các Phụ lục đính kèm.

Để có cơ sở lập kế hoạch mua sắm, Bệnh viện HNĐK Nghệ An kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp các linh kiện, phụ kiện thay thế và dịch vụ kỹ thuật theo danh mục trên gửi hồ sơ báo giá.

Yêu cầu hồ sơ báo giá bao gồm:

1. Đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện để kinh doanh trang thiết bị y tế theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021.
2. Báo giá: có đầy đủ chi tiết các thông tin Hãng sản xuất, nước sản xuất, năm sản xuất, hiệu lực báo giá. Giá yêu cầu phải có đầy đủ các chi phí liên quan.
3. Catalog, cấu hình, tính năng kỹ thuật.

Hồ sơ báo giá xin gửi về: Phòng VT-TBYT- Bệnh viện HNĐK Nghệ An- Địa chỉ: Km5, đại lộ Lê-nin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Thời gian trước ngày 10/07/2023. Bên ngoài bì thư yêu cầu ghi rõ “Bản chào giá cho...” đối với từng danh mục cụ thể.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.



Trịnh Xuân Nam

PHỤ LỤC I

Nội dung về yêu cầu về cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản:

Cần xây dựng yêu cầu cho từng linh kiện, phụ kiện. Gồm 4 phần:

A. Yêu cầu chung:

Yêu cầu mới 100%, tiêu chuẩn linh kiện, phụ kiện thay thế, tiêu chuẩn nhà sản xuất, yêu cầu môi trường hoạt động của vật tư linh phụ kiện, nguồn điện sử dụng...

B. Yêu cầu cấu hình:

Ghi rõ mã hàng của từng linh kiện, phụ kiện thay thế.

C. Yêu cầu kỹ thuật:

Ghi rõ các thông số kỹ thuật của từng linh phụ kiện thay thế để đảm bảo dùng tương thích với thiết bị.

D. Yêu cầu khác:

Nêu các yêu cầu về điều kiện thương mại, bảo hành, bảo trì, cung cấp, lắp đặt, kiểm định, tài liệu đạo tạo....

Handwritten signature and initials in blue ink.

PHỤ LỤC II

Các thông tin cơ bản trong bản chào giá:

STT	Tên thiết bị/vật tư, linh kiện, phụ kiện thay thế/ dịch vụ kỹ thuật	Model/Hãng sx/ Nước sx/Năm sx	Đơn vị tính	SL	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1							
2							
3							
Tổng cộng							

*** Ghi chú:**

- Giá phải bao gồm VAT và các chi phí liên quan khác
- Cột (8): Gửi kèm tài liệu chứng minh
- Báo giá có hiệu lực tối thiểu 3 tháng.

Qua
2/2/20



PHỤ LỤC III.

DANH MỤC MUA SẴM CÁC LINH KIỆN, PHỤ KIỆN THAY THẾ

1. BÓNG PHÁT TIA X-QUANG

A. Yêu cầu chung:

- Chất lượng: Mới 100%, đảm bảo các thông số kỹ thuật theo quy định của nhà sản xuất.
- Năm sản xuất 2022 trở về sau
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, EC hoặc tương đương
- Nguồn cung cấp: nguồn điện 3 pha 220V/380V; 50Hz
- Môi trường làm việc: Nhiệt độ: ≥ 33 độ C; Độ ẩm: $\geq 80\%$ (không ngưng tụ)

B. Yêu cầu kỹ thuật:

- Tương thích hoàn toàn với hệ thống chụp cắt lớp vi tính Supria-Hitachi 32 dãy/ 32 lát cắt (có tài liệu chứng minh kèm theo).
- Công suất bóng: ≥ 48 kW
- Điện áp cao áp: ≥ 140 kV
- Dòng điện: ≥ 400 mA
- Trữ nhiệt của bóng: ≥ 5 MHU
- Số tiêu điểm của bóng: ≥ 2
- + Kích thước tiêu điểm lớn $\leq 1.2 \times 1.4$ mm
- + Kích thước tiêu điểm nhỏ $\leq 0.7 \times 0.8$ mm

C. Yêu cầu khác:

- Có giấy xác nhận bán hàng hợp pháp do nhà sản xuất hoặc đại lý uỷ quyền xác nhận.
- Đảm bảo có đội ngũ kỹ thuật có đủ trình độ (có chứng chỉ đào tạo của hãng sản xuất) có mặt trong vòng 48 giờ để kiểm tra khắc phục sự cố khi nhận được yêu cầu.
- Cam kết cung cấp CO, CQ bản gốc hoặc bản công chứng (Nhà nước) được dịch ra tiếng Việt khi giao hàng.
- Thời gian giao hàng không quá 90 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.
- Bảo hành ≥ 12 tháng
- Giao hàng, lắp đặt, vận chuyển và hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện.

2. DÂY NỘI SOI DẠ DÀY

A. Yêu cầu chung:

- Hàng hóa mới 100%
- Năm sản xuất 2022 trở về sau
- Đạt chứng chỉ chất lượng quốc tế: ISO 13485 hoặc tương đương
- Nguồn điện sử dụng : 220V/50Hz
- Môi trường hoạt động:
 - + Nhiệt độ làm việc dao động : 10 - 35°C
 - + Độ ẩm làm việc dao động : 30 - 75%

B. Yêu cầu kỹ thuật:

- Tương thích hoàn toàn với hệ thống nội soi Fujifilm (Bộ xử lý VP-3500HD và nguồn sáng XL-4450)



Handwritten signatures and initials in blue ink.

- Hướng quan sát nhìn thẳng : 0 độ
- Trường nhìn : ≥ 140 độ
- Phạm vi quan sát : 4.0-100mm
- Đường kính đầu dây soi : 9-10 mm.
- Đường kính thân dây soi : 9-10 mm.
- Khả năng uốn cong:
 - + Lên $\geq 210^\circ$; xuống $\geq 90^\circ$
 - + Phải $\geq 100^\circ$; trái $\geq 100^\circ$
- Chiều dài làm việc : 1000-1200mm.
- Chiều dài toàn bộ : 1200-1400mm.
- Đường kính kênh sinh thiết : 2.8-3.2 mm.

C. Yêu cầu khác:

- Có giấy xác nhận bán hàng hợp pháp do nhà sản xuất hoặc đại lý uỷ quyền xác nhận.
- Đảm bảo có đội ngũ kỹ thuật có đủ trình độ (có chứng chỉ đào tạo của hãng sản xuất) có mặt trong vòng 48 giờ để kiểm tra khắc phục sự cố khi nhận được yêu cầu.
- Cam kết cung cấp CO, CQ bản gốc hoặc bản công chứng (Nhà nước) được dịch ra tiếng Việt khi giao hàng.
- Thời gian giao hàng không quá 90 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.
- Bảo hành ≥ 12 tháng
- Giao hàng, lắp đặt, vận chuyển và hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện.

