

Số: /Th-BV  
V/v: Yêu cầu báo giá đầu dò siêu âm các loại  
thay thế cho các máy siêu âm.

Nghệ An, ngày tháng 10 năm 2023

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

### Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thay thế đầu dò siêu âm cho các máy siêu âm tại bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

#### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Địa chỉ: Km5, đại lộ Lenin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Nguyễn Việt Quang

- Chức vụ: Phó trưởng phòng Vật tư – Thiết bị y tế

- Số điện thoại: 0904 625 637

- Địa chỉ email: [nguyenquang107@gmail.com](mailto:nguyenquang107@gmail.com)

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Các nhà cung cấp dịch vụ có thể gửi báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Km5, đại lộ Lenin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An. **Trên bì thư ghi rõ nội dung báo giá cho danh mục cụ thể.**

- Nhận qua Email: [bmed.nafgh@gmail.com](mailto:bmed.nafgh@gmail.com) (Các đơn vị gửi kèm bản mềm (Word/Excell))

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 03 tháng 10 năm 2023 đến trước 16h ngày 12 tháng 10 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90, kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2023.

## II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hoá thay thế, bổ sung cho hệ thống nội soi tiêu hoá, hệ thống nội soi khí phế quản (gọi chung là thiết bị).

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	SL	ĐVT
1	<b>Đầu dò Convex</b> cho máy SamsungMedison Sonoace R7	- Mô tả cụ thể tại mục II.1, phụ lục đính kèm	02	Cái
2	<b>Đầu dò Linear</b> cho máy SamsungMedison Sonoace R7	- Mô tả cụ thể tại mục II.2, phụ lục đính kèm	01	Cái
3	<b>Đầu dò tim</b> cho máy Samsung Medison Sonoace R7	- Mô tả cụ thể tại mục II.3, phụ lục đính kèm	01	Cái
4	<b>Đầu dò âm đạo</b> cho máy SamsungMedison Sonoace R7	- Mô tả cụ thể tại mục II.4, phụ lục đính kèm	01	Cái
5	<b>Đầu dò Convex</b> cho máy Siemens Acuson S3000 HeIX	- Mô tả cụ thể tại mục II.5, phụ lục đính kèm	01	Cái
6	<b>Đầu dò Linear</b> cho máy Siemens Acuson S3000 HeIX	- Mô tả cụ thể tại mục II.6, phụ lục đính kèm	01	Cái
7	<b>Đầu dò tim</b> cho máy Samsung Medison Accuvix XG	- Mô tả cụ thể tại mục II.7, phụ lục đính kèm	01	Cái
8	<b>Đầu dò Convex</b> cho máy SamsungMedison Mysono U6	- Mô tả cụ thể tại mục II.8, phụ lục đính kèm	02	Cái
9	<b>Đầu dò Linear</b> cho máy SamsungMedison Mysono U6	- Mô tả cụ thể tại mục II.9, phụ lục đính kèm	02	Cái

2. Địa điểm cung cấp: Cung cấp hàng hoá tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

- Địa chỉ: Km5, Đại lộ Lenin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Các thông tin khác:

- Yêu cầu nhà cung cấp gửi kèm tài liệu kỹ thuật về thông số và tính năng kỹ thuật của thiết bị.

- Báo giá bao gồm thuế VAT, phí và các chi phí khác.

- Nhà cung cấp báo giá thực hiện theo “Mẫu yêu cầu báo giá Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế” quy định tại Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Website Bệnh viện;
- Lưu VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trịnh Xuân Nam**

## PHỤ LỤC. CẤU HÌNH CƠ BẢN ĐẦU DÒ SIÊU ÂM

### I. YÊU CẦU CHUNG

- Hàng hóa mới 100%
- Năm sản xuất 2023 trở về sau
- Đạt chứng chỉ chất lượng quốc tế: ISO 13485 hoặc tương đương
- Môi trường hoạt động:
  - + Nhiệt độ tối đa tới :  $\geq 30^{\circ}\text{C}$
  - + Độ ẩm tối đa tới :  $\geq 80\%$

### II. YÊU CẦU CẤU HÌNH

STT	Nội dung	Yêu cầu thông số kỹ thuật
1	<b>Đầu dò Convex</b> cho máy Samsung Medison Sonoace R7	- Tương thích với máy Samsung Medison Sonoace R7 - Ứng dụng: thăm khám tổng quát (bụng, sản khoa, phụ khoa, nhi...) - Dải tần số: Từ $\leq 2.0$ đến $\geq 8.0$ Mhz - Trường quét tối đa $\geq 60$ độ
2	<b>Đầu dò Linear</b> cho máy Samsung Medison Sonoace R7	- Tương thích với máy Samsung Medison Sonoace R7 - Ứng dụng: thăm khám mạch máu, phần nông, cơ xương khớp - Dải tần số: Từ $\leq 5.0$ đến $\geq 12.0$ Mhz - Trường quét tối đa $\geq 38\text{mm}$
3	<b>Đầu dò tim</b> cho máy Samsung Medison Sonoace R7	- Tương thích với máy Samsung Medison Sonoace R7 - Ứng dụng: thăm khám tim người lớn - Dải tần số: Từ $\leq 2.0$ đến $\geq 4.0$ Mhz - Trường quét tối đa $\geq 90$ độ
4	<b>Đầu dò âm đạo</b> cho máy Samsung Medison Sonoace R7	- Tương thích với máy Samsung Medison Sonoace R7 - Ứng dụng: thăm khám sản phụ khoa - Dải tần số: Từ $\leq 4.0$ đến $\geq 9.0$ Mhz - Trường quét tối đa $\geq 140$ độ
5	<b>Đầu dò Convex</b> cho máy Siemens Acuson S3000 HelX	- Tương thích với máy Siemens Acuson S3000 HelX - Ứng dụng: siêu âm tổng quát (bụng, thai, phụ khoa...), có chức năng đo đàn hồi nhu mô gan. - Dải tần số: Từ $\leq 1.5$ đến $\geq 6.0$ Mhz - Trường quét tối đa $\geq 70$ độ

6	<b>Đầu dò Linear</b> cho máy Siemens Acuson S3000 HelX	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tương thích với máy Siemens Acuson S3000 HelX</li> <li>- Ứng dụng: siêu âm mạch máu, phần nông, cơ xương khớp, có đo độ đàn hồi mô</li> <li>- Dải tần số Từ <math>\leq 4.0</math> đến <math>\geq 9.0</math> Mhz</li> <li>- Trường quét tối đa <math>\geq 140</math>mm</li> </ul>
7	<b>Đầu dò tim</b> cho máy Samsung Medison Accuvix XG	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tương thích với máy Samsung Medison Accuvix XG</li> <li>- Ứng dụng: Siêu âm tim người lớn</li> <li>- Dải tần số: Từ <math>\leq 2.0</math> đến <math>\geq 4.0</math> Mhz</li> <li>- Trường quét tối đa <math>\geq 90</math> độ</li> </ul>
8	<b>Đầu dò Convex</b> cho máy Samsung Medison Mysono U6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tương thích với máy Samsung Medison Mysono U6</li> <li>- Ứng dụng: siêu âm tổng quát (bụng, thai, phụ khoa...)</li> <li>- Dải tần số: Từ <math>\leq 2.0</math> đến <math>\geq 8.0</math> Mhz</li> <li>- Trường quét tối đa <math>\geq 60</math> độ</li> </ul>
9	<b>Đầu dò Linear</b> cho máy Samsung Medison Mysono U6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tương thích với máy Samsung Medison Mysono U6</li> <li>- Ứng dụng: Siêu âm phần nông, mạch máu, cơ xương khớp</li> <li>- Dải tần số: Từ <math>\leq 5.0</math> đến <math>\geq 12.0</math> Mhz</li> <li>- Trường quét tối đa <math>\geq 38</math>mm</li> </ul>

### III. YÊU CẦU KHÁC:

- Đảm bảo có đội ngũ kỹ thuật có đủ trình độ có mặt trong vòng 48 giờ để kiểm tra khắc phục sự cố khi nhận được yêu cầu.
- Có cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế ít nhất 10 năm sau ngày bán hàng, Có báo giá chi tiết các phụ kiện thay thế, vật tư tiêu hao.
- Có tài liệu hướng dẫn sử dụng, lắp đặt của hãng và bản tiếng Việt.
- Cam kết cung cấp CO, CQ bản gốc hoặc bản công chứng (Nhà nước) được dịch ra tiếng Việt khi giao hàng.
- Thời gian giao hàng không quá 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Bảo hành  $\geq 12$  tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao thiết bị.
- Giao hàng, lắp đặt, vận hành thiết bị và hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện.
- Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí, vận chuyển và lắp đặt tại bệnh viện.