

Số: /Th-BV
V/v: Yêu cầu báo giá cung cấp Hệ thống
phẫu thuật nội soi

Nghệ An, ngày tháng năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm Hệ thống phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Địa chỉ: Km5, đại lộ Lenin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Bùi Gia Anh

- Chức vụ: Kỹ sư phòng Vật tư – Thiết bị y tế

- Số điện thoại: 0982 344 443

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Các nhà cung cấp dịch vụ có thể gửi báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Km5, đại lộ Lenin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An. **Trên bì thư ghi rõ nội dung báo giá cho danh mục cụ thể.**

- Nhận qua Email: bmed.nafgh@gmail.com (Các đơn vị gửi bản scan kèm bản mềm)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 20 tháng 01 năm 2024 đến trước 16h ngày 01 tháng 02 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục mua sắm:

STT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Hệ thống phẫu thuật nội soi	<i>Xem chi tiết yêu cầu theo phụ lục đính kèm</i>	Cái	02

2. Địa điểm cung cấp: Cung cấp hàng hoá tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An
- Địa chỉ: Km5, Đại lộ Lenin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Các thông tin khác:
- Yêu cầu nhà cung cấp gửi kèm tài liệu kỹ thuật về thông số và tính năng kỹ thuật của hệ thống.
 - Báo giá bao gồm thuế VAT, phí và các chi phí khác.
- Nhà cung cấp báo giá thực hiện theo “Mẫu báo giá” đính kèm thư yêu cầu báo giá này./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Bệnh viện;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hương

**PHỤ LỤC 1. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI**

I	YÊU CẦU CHUNG
	<ul style="list-style-type: none">- Chất lượng thiết bị: mới 100%.- Năm sản xuất thiết bị từ 2023 trở về sau.- Đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001, ISO 13485, CE hoặc tương đương.- Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz.- Điều kiện môi trường hoạt động:<ul style="list-style-type: none">+ Nhiệt độ tối đa đến: $\geq 30^{\circ}\text{C}$.+ Độ ẩm tối đa đến: $\geq 75\%$.
II	YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH: <i>(Cấu hình chuẩn cho 01 hệ thống)</i>
	<ul style="list-style-type: none">- Bộ xử lý hình ảnh 4K: 01 máy.- Nguồn sáng 4K: 01 máy.- Đầu camera 4K: 01 cái.- Ống kính soi phẫu thuật 30°: 01 ống.- Màn hình chuyên dụng y tế: 01 cái.- Dao mổ điện: 01 cái- Xe đẩy hệ thống nội soi chuyên dụng: 01 cái.- Máy bơm khí CO₂ ổ bụng: 01 cái- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
III	YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT:
A	HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI
1	Bộ xử lý hình ảnh và nguồn sáng: Tích hợp hoặc riêng biệt
1.1	Bộ xử lý hình ảnh 4K

	<ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải: $\geq 4K$. - Các giá trị được cài đặt thông qua nút bấm hoặc nút xoay hoặc màn hình cảm ứng.) - Có chức năng hỗ trợ chuẩn đoán ung thư sớm. - Có chức năng điều chỉnh cân bằng trắng. - Có chức năng khuếch đại ánh sáng tự động. - Độ tương phản ≥ 3 mức. - Hiện thị các thông tin về hình ảnh trên màn hình) - Có chức năng phóng đại hình ảnh - Có cổng DICOM hoặc giải pháp kết nối, chuyển đổi tín hiệu tự động để kết nối hình ảnh/ video từ hệ thống soi lên hệ thống lưu trữ hình ảnh PACS.
1.2	Nguồn sáng 4K
	<ul style="list-style-type: none"> - Có chức năng điều chỉnh cường độ ánh sáng: - Có chức năng cảnh báo tuổi thọ bóng đèn. - Có chức năng hỗ trợ chuẩn đoán ung thư sớm. - Sử dụng bóng đèn LED hoặc Xenon. - Tuổi thọ trung bình của bóng đèn: Xenon ≥ 500 giờ chiếu sáng và LED ≥ 10.000 giờ liên tục. - Có chế độ chờ giúp nâng cao tuổi thọ bóng đèn. - Dây dẫn sáng: Đường kính $\geq 4.0mm$; Chiều dài ≥ 300 cm
1.3	Đầu camera 4K
	<ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải: $\geq 4K$. - Có tính năng phóng đại: Độ phóng đại $\geq 1,5$ lần. - Có tính năng điều chỉnh độ nét (focus): Tự động hoặc bằng tay. - Tiêu cự: $\geq 15mm$. - Có chức năng hỗ trợ chuẩn đoán ung thư sớm. - Đề xuất bổ sung: Đầu camera có thể tiết trùng. Cáp nối của đầu camera dài: $\geq 3m$.

1.4	Ống kính soi phẫu thuật 30⁰
	<ul style="list-style-type: none"> - Ống kính soi độ phân giải cao chất lượng 4K. - Có khả năng chiếu sáng đồng nhất. - Đường kính: $\geq 10\text{mm}$. - Hướng nhìn: $\geq 30^0$. - Chiều dài làm việc: $\geq 300\text{ mm}$
1.5	Màn hình y tế chuyên dụng
	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước màn hình: $\geq 30\text{ inch}$ - Độ phân giải: $\geq 4\text{K}$ - Hiển thị được: ≥ 2 định dạng hình trong hình: 2 hình - Đề xuất thêm: Góc nhìn ≥ 160 độ. - Khả năng thể hiện màu: ≥ 1 tỷ màu.
1.6	Dao mổ điện
	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất $\geq 300\text{W}$. - Có tối thiểu các chế độ: lưỡng cực, cắt đơn cực và đốt đơn cực. - Loại bảo vệ theo tiêu chuẩn IEC 60601-1: CF, Loại I hoặc tương đương. - Các giá trị được cài đặt thông qua nút bấm hoặc nút xoay hoặc màn hình cảm ứng. - Có ≥ 2 cổng đơn cực. - Có ≥ 2 cổng lưỡng cực.
1.7	Xe đẩy hệ thống nội soi chuyên dụng
	<ul style="list-style-type: none"> - Đặt trên bánh xe có khóa hãm. - Có tay treo màn hình. - Khung bằng sắt sơn tĩnh điện.
1.8	Máy bơm khí CO₂ ổ bụng

	<ul style="list-style-type: none"> - Có hệ thống giám sát an toàn, giám sát liên tục áp lực. - Các giá trị được cài đặt thông qua nút bấm hoặc nút xoay hoặc màn hình cảm ứng. - Hiện thị / Cài đặt được các thông số: <ul style="list-style-type: none"> + Kiểm soát áp lực trong ổ bụng từ ≤ 5 đến ≥ 25mmHg - Tốc độ bơm tối đa đến ≥ 40 lít/ phút. Có thể điều chỉnh tốc độ bơm theo các mức tăng dần / giảm dần.
IV	YÊU CẦU KHÁC
	<ul style="list-style-type: none"> - Thời gian bảo hành ≥ 1 năm cho máy chính kể từ ngày ký nghiệm thu hàng hóa. - Thời gian bảo trì: trong thời gian bảo hành, định kỳ bảo trì ≤ 6 tháng/ lần. - Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ. - Cam kết cung cấp phụ, vật tư tiêu hao trong ≥ 9 năm sau bảo hành. - Cam kết cung cấp đầy đủ khi giao chính hoặc bản sao chứng thực giấy Chứng nhận xuất xứ của hàng hóa (CO), giấy Chứng nhận chất lượng của hàng hóa (CQ), giấy chứng nhận năm sản xuất do nhà sản xuất cấp và thư uỷ quyền chính hãng từ hãng cung cấp máy. - Thời gian giao hàng không quá 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. - Giao hàng, lắp đặt, vận hàng thiết bị và hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện. - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện.

PHỤ LỤC 2. Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,
nhà cung cấp⁽¹²⁾**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
- (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
- (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
- (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
- (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chi tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
- (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
- (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
- (12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.
Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên

thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.