

Số: /Th-BV
V/v: Yêu cầu báo giá vật tư, thiết bị.

Nghệ An, ngày tháng 11 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế về việc Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hoá và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở công lập.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu mua sắm một số vật tư, thiết bị để sử dụng tại bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Địa chỉ: Km5, đại lộ Lenin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Nguyễn Việt Quang

- Chức vụ: Phó trưởng phòng Vật tư – Thiết bị y tế

- Số điện thoại: 0904 625 637

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Các nhà cung cấp dịch vụ có thể gửi báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Km5, đại lộ Lenin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An.

Trên bì thư ghi rõ nội dung báo giá cho danh mục cụ thể.

- Nhận qua Email: bmed.nafgh@gmail.com (Các đơn vị gửi bản scan kèm bản mềm)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 23 tháng 11 năm 2023 đến trước 16h ngày 04 tháng 12 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90, kể từ ngày 04 tháng 12 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục :

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	SL	ĐVT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Biến tần hãng Yaskawa (V1000 Series)	- Công suất: 5,5 kW - Điện áp ngõ vào/ra: 3 pha	01	Cái
2	Lò sinh hơi	1. Cấu hình: - Máy chính : 01 cái - Phụ kiện tiêu chuẩn : 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng, Hồ sơ kiểm định : 01 bộ 2. Tính năng kỹ thuật. Thông số kỹ thuật: - Áp suất làm việc tối đa: ≥ 5 kg/cm ² - Nhiệt độ làm việc tối đa: ≥ 150 °C - Công suất nhiệt: ≥ 80 kg/h - Công suất tiêu thụ: ≥ 60 kW - Điện áp hoạt động: 3 pha 380V/50Hz Tính năng an toàn: - Kiểm soát mức nước, tự động bơm nước - Kiểm soát nhiệt độ cài đặt - Kiểm soát áp suất - Bảo vệ mất pha	01	Cái

2. Địa điểm cung cấp: Cung cấp hàng hoá tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

- Địa chỉ: Km5, Đại lộ Lenin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Các thông tin khác:

- Yêu cầu nhà cung cấp gửi kèm tài liệu kỹ thuật về thông số và tính năng kỹ thuật của máy.
- Báo giá bao gồm thuế VAT, phí và các chi phí khác.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Bệnh viện;
- Lưu VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trịnh Xuân Nam