

Số: /Th-BV  
V/v: Yêu cầu báo giá cung cấp Dao mổ siêu âm cắt, hút gan và mô mềm

Nghệ An, ngày tháng 12 năm 2023

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

### Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm Dao mổ siêu âm cắt, hút gan và mô mềm tại Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

#### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Địa chỉ: Km5, đại lộ Lenin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Nguyễn Đức Dũng
- Chức vụ: Kỹ sư phòng Vật tư – Thiết bị y tế
- Số điện thoại: 0948352868

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Các nhà cung cấp dịch vụ có thể gửi báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Km5, đại lộ Lenin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An. **Trên bì thư ghi rõ nội dung báo giá cho danh mục cụ thể.**

- Nhận qua Email: bmed.nafgh@gmail.com (Các đơn vị gửi bản scan kèm bản mềm)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 23 tháng 12 năm 2023 đến trước 16 h ngày 03 tháng 01 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90, kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2024.

#### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục trang thiết bị y tế:

<b>STT</b>	<b>Tên hàng hóa</b>	<b>Mô tả yêu cầu về cấu hình, tính năng kỹ thuật và các thông tin liên quan</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Số lượng</b>
1	Dao mổ siêu âm cắt, hút gan và mô mềm	Chi tiết xem tại Phụ lục 1 kèm theo	Cái	01

2. Địa điểm cung cấp: Cung cấp hàng hoá tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

- Địa chỉ: Km5, Đại lộ Lenin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Các thông tin khác:

- Yêu cầu nhà cung cấp gửi kèm tài liệu kỹ thuật về thông số và tính năng kỹ thuật của máy.

- Bảng đáp ứng kỹ thuật phải ghi rõ nội dung đáp ứng và phải tham chiếu các tài liệu chứng minh.

- Báo giá bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí khác.

Nhà cung cấp báo giá thực hiện theo “Mẫu yêu cầu báo giá Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế” quy định tại Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Website Bệnh viện;
- Lưu VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Hương**

**PHỤ LỤC 1. CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CƠ BẢN  
DAO MỔ SIÊU ÂM CẮT, HÚT GAN VÀ MÔ MỀM**

<b>STT</b>	<b>NỘI DUNG YÊU CẦU</b>
<b>I</b>	<b>YÊU CẦU CHUNG</b>
	Năm sản xuất: thiết bị chính năm 2023 trở về sau, mới 100%
	Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn CE hoặc ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương.
	Nguồn điện cung cấp: 220V - 240V; 50 Hz
	Yêu cầu môi trường hoạt động của thiết bị: + Nhiệt độ tối đa $\geq 25^{\circ}\text{C}$ ; + Độ ẩm tối đa $\geq 60\%$ (không ngưng tụ)
<b>II</b>	<b>YÊU CẦU CẤU HÌNH (tối thiểu)</b>
	Dao mổ siêu âm cắt, hút gan và mô mềm bao gồm:
<b>1</b>	<b>Máy chính:</b> 01 cái
<b>2</b>	<b>Phụ kiện đi kèm máy chính:</b>
2.1	Tay dao mổ: 01 cái
2.2	Hộp tiết trùng cho tay dao: 01 cái
2.3	Bộ tháo lắp đầu mũi dao: 01 bộ
2.4	Đầu mũi dao cỡ chuẩn: 04 cái
2.5	Đầu mũi dao macro: 04 cái
2.6	Đầu mũi dao nội soi: 01 cái
2.7	Bộ tích hợp dao mổ điện cầm máu cho tay dao: 06 cái
2.8	Bộ dây bơm tiết trùng cho tay dao: 06 cái
2.9	Bộ chống nhiễm khuẩn: 02 cái
2.10	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
<b>III</b>	<b>YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT (tương đương hoặc cao hơn)</b>
<b>1</b>	<b>Máy chính</b>
	Tích hợp phẫu thuật siêu âm và phẫu thuật điện trên 1 tay dao.
	Có bảng điều khiển, bàn đạp, cột treo bình dịch, bơm, có làm mát tuần hoàn hoặc tốt hơn.
	<b>Tần số hoạt động:</b> $\geq 2$ tần số
	<b>Bảng điều khiển:</b> có các phím điều khiển: Chế độ lựa chọn mô, Chế độ bơm, Chế độ hút, Chế độ phẫu thuật nội soi
	<b>Các chế độ hoạt động:</b>
	- Chế độ phân mảnh: từ $\leq 10\%$ - 100%
	- Chế độ bơm phun: $\leq 1\text{cc/phút}$ - $\geq 10\text{cc/phút}$
	- Chế độ hút: kiểu chân không hoặc tương đương, công suất $\geq 600\text{mmHg}$
	- Chế độ lựa chọn mô: có các chế độ phù hợp với các cấu trúc mô khác nhau.
	- Chế độ hàn mạch: Đơn cực (Monopolar) hoặc tương đương
	- Chế độ phẫu thuật nội soi: Có
	<b>Cảnh báo:</b> Cảnh báo hiển thị qua các biểu tượng, đèn báo và âm báo
	<b>Các loại hình phẫu thuật:</b>
	- <b>Phẫu thuật gan mật và ổ bụng</b>
	- <b>Phẫu thuật mổ mở:</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cắt U gan chọn lọc</li> <li>-+ Cắt U tụy chọn lọc</li> <li>+ Cắt U lách chọn lọc</li> <li>+ Cắt U thận chọn lọc</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Phẫu thuật nội soi:</b></li> <li>+ Cắt gan nội soi</li> <li>+ Nội soi sinh thiết thận</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Phẫu thuật thân kinh</b></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Các ứng dụng phẫu thuật khác</b></li> </ul>
	<b>Tiêu chuẩn, an toàn điện:</b>
	Độ an toàn điện: Class I, BF (Brain Floating), IEC-601-1 hoặc tương đương
<b>2</b>	<b>Phụ kiện đi kèm máy chính</b>
<b>2.1</b>	<b>Tay dao mổ:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dạng thẳng, tích hợp hệ thống làm mát tự động</li> <li>- Tần số hoạt động: <math>\geq 20\text{kHz}</math></li> <li>- Chế độ hàn mạch: Hàn mạch kiểu đơn cực (monopolar) hoặc tương đương ngay trên cùng 1 tay dao</li> <li>- Nhận dạng tay dao: Tự động</li> </ul>
<b>2.3</b>	<b>Hộp tiết trùng cho tay dao: Đồng bộ với thiết bị.</b>
<b>2.4</b>	<b>Bộ tháo lắp đầu mũi dao: Đồng bộ với thiết bị.</b>
<b>2.5</b>	<b>Đầu mũi dao các loại:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Đầu mũi dao cỡ chuẩn</b></li> <li>- <b>Đầu mũi dao Macro</b></li> <li>- <b>Đầu mũi dao nội soi</b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Được tích hợp lỗ hút trước.</li> <li>- Lựa chọn đầu mũi dao: Có nhiều loại đầu mũi dao với đường kính, chiều dài, hình dạng khác nhau</li> </ul>
<b>2.6</b>	<b>Bộ tích hợp dao mổ điện cầm máu cho tay dao</b>
	Cho phép phẫu thuật đồng thời kiểu phẫu thuật siêu âm và kiểu phẫu thuật điện trên một tay dao hoặc tốt hơn
<b>2.7</b>	<b>Bộ dây bơm tiết trùng cho tay dao: Đồng bộ với thiết bị.</b>
<b>2.8</b>	<b>Bộ chống nhiễm khuẩn: Đồng bộ với thiết bị.</b>
<b>2.9</b>	<b>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt</b>
<b>IV</b>	<b>YÊU CẦU KHÁC</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Có giấy phép nhập khẩu thiết bị do Bộ Y Tế cấp khi giao hàng đối với các thiết bị phải xin phép nhập khẩu theo quy định.</li> <li>- Cung cấp đầy đủ CO, CQ, tờ khai hải quan (đối với các thiết bị nhập khẩu)... khi bàn giao, lắp đặt</li> <li>- Thời gian giao hàng: Tối đa 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực</li> <li>- Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, trong vòng: <math>\leq 48</math> giờ nhà thầu phải cử Kỹ sư đến kiểm tra sự cố và có kế hoạch sửa chữa (không tính thứ 7 chủ nhật và ngày lễ và trừ trường hợp bất khả kháng như: thiên tai, thảm họa, dịch bệnh...).</li> </ul>

	- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế $\geq 10$ năm
	- Cung cấp bảng liệt kê chi tiết danh mục phụ kiện của toàn hệ thống và danh mục vật tư tiêu hao cho thiết bị trong 1 lần hoạt động tiêu chuẩn.
	- Thời gian bảo hành thiết bị $\geq 12$ tháng
	- Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An – TP Vinh – Nghệ An
	- Thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

## PHỤ LỤC 2.

### Mẫu báo giá

**Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế**

### BÁO GIÁ<sup>(1)</sup>

**Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

#### 1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế <sup>(2)</sup>	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất <sup>(3)</sup>	Mã HS <sup>(4)</sup>	Năm sản xuất <sup>(5)</sup>	Xuất xứ <sup>(6)</sup>	Số lượng/khối lượng <sup>(7)</sup>	Đơn giá <sup>(8)</sup> (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan <sup>(9)</sup> (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) <sup>(10)</sup> (VND)	Thành tiền <sup>(11)</sup> (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

*(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)*

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

#### 3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....  
**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,  
nhà cung cấp<sup>(12)</sup>**  
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

**Ghi chú:**

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
  - (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
  - (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
  - (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
  - (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
  - (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
  - (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
  - (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
  - (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
  - (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
- Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
- (12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy

*quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.*

*Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.*